

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Miasto Zielona Góra**

Miejski Zakład Komunikacji

ul. Chemiczna 8

65-713 Zielona Góra

NIP: 973-100-74-58

tel.: 68 452 04 50-53

fax.:68 452 04 55

email.: jrp@mzk.zgora.pl

adres strony internetowej:

www.mzk.zgora.pl

Zielona Góra, 28 marca 2017 r.

## INFORMACJA NR IV

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę pn.: „**Dostawa wyposażenia autobusów komunikacji miejskiej**” - znak sprawy: 3/UE/JRP/2017

Zamówienie planowane do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 jako część Projektu pn.: „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze”

### I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W nawiązaniu do Informacji nr II z dnia 20 marca 2017 r. w postępowaniu jw., Zamawiający zawiadamia, że zmienia wyjaśnienie udzielone w odpowiedzi na pytanie oznaczone nr 116, o treści:

*„Zamawiający w pkt. 7.2 litera „j” OPZ wymaga, aby urządzenie wyposażone było w jedną parę elektrod terapeutycznych. Czy zamawiający wymaga, aby były to elektrody terapeutyczne uniwersalne dla dorosłych i dla dzieci?”*

*Uzasadnienie:*

*W punkcie 7.1 OPZ Zamawiający wymaga, aby defibrylator posiadał możliwość pracy w trybie dla dorosłych i dla dzieci. Jeśli defibrylator wyposażony będzie w jedną parę elektrod terapeutycznych dla dorosłych, wówczas niemożliwe będzie wykonanie bezpiecznej defibrylacji u dzieci. Jeśli Zamawiający wymaga, aby defibrylator wyposażony był w 1 parę elektrod terapeutycznych powinny być to elektrody uniwersalne - dla dorosłych i dzieci. W innym przypadku Wykonawca może dostarczyć defibrylator tylko z elektrodami terapeutycznymi dla dorosłych. W przypadku użycia takiego defibrylatora w stosunku do dziecka np. w wieku 18 miesięcy z zatrzymaniem krążenia podróżującego pojazdem, którego właścicielem będzie Zamawiający, defibrylator nie powinien być użyty do akcji ratowniczej. Użycie defibrylatora do akcji ratowniczej będzie działaniem niezgodnym z instrukcją producenta urządzenia AED, co naraża na utratę życia lub zdrowia osoby udzielającej pierwszej pomocy oraz osoby poszkodowanej”.*

W taki sposób, że Zamawiający **dopuszcza zastosowanie elektrod osobno dla dorosłych oraz osobno dla dzieci**. Wobec powyższego w treści odpowiedzi Zamawiającego

- zamiast:

*„Tak Zamawiający **wymaga**.*

*Wobec czego, treść SIWZ **nie ulegnie** zmianie we wskazanym zakresie”.*

- winno być:

*„Zamawiający **dopuszcza** zastosowanie elektrod osobno dla dorosłych oraz osobno dla dzieci.*

*Wobec czego, treść SIWZ **nie ulegnie** zmianie we wskazanym zakresie”.*

Pozostałe wyjaśnienia pozostają bez zmian.

## II. TREŚĆ SWIZ

W związku z udzieloną informacją, treść SIWZ **nie ulega zmianie**.

## III. TREŚĆ OGŁOSZENIA

W związku z udzieloną informacją, treść ogłoszenia pozostaje **bez zmian**.

## IV. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin **04.04.2017 r.** składania i otwarcia ofert **pozostaje bez zmian**.

## V. DODATKOWE INFORMACJE

**Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców.** Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca.

Zatwierdzam:

Sporządziła **Maria Patrzylas**  
Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości  
Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej  
tel. 68 452 04 50 wew. 78, tel. kom. 785 110 499

**DYREKTOR**

*Barbara Langner*