

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Miasto Zielona Góra**  
Miejski Zakład Komunikacji  
ul. Chemiczna 8  
65-713 Zielona Góra  
NIP: 973-100-74-58

tel.: 68 452 04 50-53  
fax.:68 452 04 55  
email.: jrp@mzk.zgora.pl  
adres strony internetowej:  
www.mzk.zgora.pl

Zielona Góra, 31 marca 2017 r.

## INFORMACJA NR V

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę pn.: „**Dostawa wyposażenia autobusów komunikacji miejskiej**” - znak sprawy: 3/UE/JRP/2017

Zamówienie planowane do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 jako część Projektu pn.: „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze”

### I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W nawiązaniu do Informacji nr IV z dnia 28 marca 2017 r., w przedmiocie udzielenia wyjaśnienia do odpowiedzi na pytanie nr 116 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jw., zaszła potrzeba ujednoczenia treści odpowiedzi na pytanie nr 111 zawarte w Informacji nr II z dnia 20 marca 2017 r.

Z uwagi na powyższe Zamawiający zawiadamia, że zmienia wyjaśnienie udzielone w odpowiedzi na pytanie oznaczone nr 111, o treści:

*„Czy stwierdzenie "Półautomatyczny defibrylator zewnętrzny z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dla dzieci" należy rozumieć jako urządzenie wyposażone we wbudowany tryb pediatryczny pozwalający na defibrylację zarówno dzieci (ze zredukowaną energią) jak i dorosłych uniwersalnymi elektrodami (wymóg jednej pary elektrod), bez konieczności dokupywania dodatkowych elektrod lub stosowania innych ruchomych elementów typu przejściówka/klucz?”*

W taki sposób, że **Zamawiający dopuszcza zastosowanie elektrody osobno dla dorosłych i dla dzieci oraz wymaga aby defibrylator mógł być zastosowany zarówno do jednej jak i drugiej grupy wiekowej, poprzez zastosowanie m. in. przejściówki/kluczy pediatrycznych.**

Wobec powyższego w treści odpowiedzi Zamawiającego

- zamiast:

*„Zamawiający **wymaga aby defibrylator miał możliwość stosowania u dzieci bez jakichkolwiek dodatkowych akcesoriów, m. in. przejściówka/klucz pediatryczny.***

*Wobec czego, treść SIWZ **nie ulegnie zmianie** we wskazanym zakresie”.*

- winno być:

*„Zamawiający **dopuszcza zastosowanie elektrody osobno dla dorosłych i dla dzieci oraz wymaga aby defibrylator mógł być zastosowany zarówno do jednej jak i drugiej grupy wiekowej, poprzez zastosowanie m. in. przejściówki/kluczy pediatrycznych.***

*Wobec czego, treść SIWZ **nie ulegnie zmianie** we wskazanym zakresie”.*

Pozostałe wyjaśnienia pozostają bez zmian.

## II. TREŚĆ SIWZ

W związku z udzieloną informacją, treść SIWZ **nie ulega zmianie**.

## III. TREŚĆ OGŁOSZENIA

W związku z udzieloną informacją, treść ogłoszenia pozostaje **bez zmian**.

## IV. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin **04.04.2017 r.** składania i otwarcia ofert **pozostaje bez zmian**.

## V. DODATKOWE INFORMACJE

**Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców.** Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca.

Zatwierdzam:

Sporządziła **Maria Patrylas**  
Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości  
Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej  
tel. 68 452 04 50 wew. 78, tel. kom. 785 110 499

**DYREKTOR**  
  
*inż. Barbara Langner*